



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 февраля 2021 года № ФСЗ 2011/10175

На медицинское изделие

Игла MESO-RELLE стерильная для мезотерапии

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"БИОТЕКНЕ С.Р.Л.", Италия,

BIOTEKNE S.R.L., Casalecchio di Reno (BO), Via della Bastia, 9, CAP 40033, Italy

Производитель

"БИОТЕКНЕ С.Р.Л.", Италия,

BIOTEKNE S.R.L., Casalecchio di Reno (BO), Via della Bastia, 9, CAP 40033, Italy

Место производства медицинского изделия

BIOTEKNE S.R.L., Casalecchio di Reno (BO), Via della Bastia, 9, CAP 40033, Italy

Номер регистрационного досье № РД-38057/71427 от 09.12.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 11 февраля 2021 года № 1141

допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0055363

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 февраля 2021 года № ФСЗ 2011/10175

Лист 1


На медицинское изделие

Игла MESO-RELLE стерильная для мезотерапии,

варианты исполнения:

- 27 G - внешний диаметр 0,40 мм; длина 4 мм, 6 мм, 12 мм, 25 мм, 40 мм;
- 30 G - внешний диаметр 0,30 мм; длина 4 мм, 6 мм, 12 мм, 25 мм, 40 мм;
- 31 G - внешний диаметр 0,26 мм; длина 4 мм, 6 мм, 12 мм, 25 мм;
- 32 G - внешний диаметр 0,23 мм; длина 4 мм, 6 мм, 12 мм;
- 33 G - внешний диаметр 0,20 мм; длина 4 мм, 12 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0080293