

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА

№ РЗН 2016/3706, ФСР 2010/08249 | ООО «Гельтек-Медика» (Бессрочно)

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Гель для ультразвуковых исследований и ультразвуковой терапии «Медиагель» (высокой и средней вязкости, бесцветный и цветной) по ТУ 9398-023-76063983-2015, а также гель стерильный «Медиагель-С» по ТУ 9398-002-76063983-2005.

2. КЛИНИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечение акустического контакта между ультразвуковым датчиком и кожей пациента при проведении диагностических УЗИ-исследований, доплерографии, ультразвуковой физиотерапии, а также инвазивных процедур под контролем УЗИ (стерильная версия).

3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Акустический импеданс: $1,52-1,57 \cdot 10^6$ кг/(м²·с). Скорость распространения звука: 1540-1570 м/с. Водорастворимый, гипоаллергенный, не вызывает раздражения кожи, не портит датчики аппаратов УЗИ, легко удаляется салфеткой без следов.

4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Гельтек-Медика», 115201, Россия, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 8.

5. СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

3 года при температуре от +5°C до +30°C. Допускается замораживание.